

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 21.11.2025

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusgenom-Nachweis - Humane Papillomviren (373):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Differenzierung von HPV in "High Risk"- und "Low Risk"-Typen (R: B3)

Bestimmung von "High Risk"-HPV (ohne Bestimmung von "Low Risk"-HPV) (R: B3)

Typisierung von "High Risk"-HPV und "Low Risk"- HPV (R: B3)

Typisierung von "High Risk"-HPV (ohne Bestimmung von "Low Risk"-HPV) (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Kunde:
10051215
Anette Bergmann
MVZ
Path.+Zytodiagnostik GmbH
Emil-Hoffmann-Str. 7a
50996 Köln

Düsseldorf, 12.12.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. Steffi Silling
(Ringversuchsleiter)

IN STAND

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
in medizinischen Laboratorien e.V.
Ubierrstr. 20 | 40223 Düsseldorf

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 21.11.2025

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Virusgenom-Nachweis - Humane Papillomviren (373):

Differenzierung von HPV in "High Risk"- und "Low Risk"-Typen (R: B3)

Bestimmung von "High Risk"-HPV (ohne Bestimmung von "Low Risk"-HPV) (R: B3)

Typisierung von "High Risk"-HPV und "Low Risk"- HPV (R: B3)

Typisierung von "High Risk"-HPV (ohne Bestimmung von "Low Risk"-HPV) (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10051215
Anette Bergmann
MVZ
Path.+Zytodiagnostik GmbH
Emil-Hoffmann-Str. 7a
50996 Köln

Düsseldorf, 12.12.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. Steffi Silling
(Ringversuchsleiter)

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10051215: Anette Bergmann

MVZ

Path.+Zytodiagnostik GmbH

Ringversuch vom 21.11.2025
Ringversuchsleiter:
Dr. Steffi Silling

Nationales Referenzzentrum für Papillom- und Polyomaviren

Institut für Virologie Uniklinik Köln

Fürst-Pückler-Straße 56

50935 Köln

Tel.: +49 221-47885811

Mail: steffi.silling@instand-ringversuch.de

373

Virusgenom-Nachweis - Humane Papillomviren

Differenzierung von HPV in "High Risk"- und "Low Risk"-Typen

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
Allplex HPV28 Detection		PCR / NAT (395)	SEEGENE (SE)			
Ergebnis (qual)	Probe 373A-251104	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	-01	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	RVL		+
	-02	positiv für High Risk-HPV (3)	positiv für High Risk-HPV (3)	RVL		+
	-03	positiv für High Risk-HPV (3)	positiv für High Risk-HPV (3)	RVL		+
	-04	positiv für Low Risk-HPV (4)	positiv für Low Risk-HPV (4)	RVL		+
	-05	positiv für High Risk-HPV (3)	positiv für High Risk-HPV (3)	RVL		+

Bestimmung von "High Risk"-HPV (ohne Bestimmung von "Low Risk"-HPV)

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
Allplex HPV HR Detection		PCR / NAT (395)	SEEGENE (SE)			
Ergebnis (qual)	Probe 373A-251104	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	-01	unterhalb Nachweisgrenze/negativ für High Risk-HPV (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ für High Risk-HPV (1)	RVL		+
	-02	positiv für High Risk-HPV (3)	positiv für High Risk-HPV (3)	RVL		+
	-03	positiv für High Risk-HPV (3)	positiv für High Risk-HPV (3)	RVL		+
	-04	unterhalb Nachweisgrenze/negativ für High Risk-HPV (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ für High Risk-HPV (1)	RVL		+
	-05	positiv für High Risk-HPV (3)	positiv für High Risk-HPV (3)	RVL		+

Typisierung von "High Risk"-HPV und "Low Risk"- HPV

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
Allplex HPV28 Detection		PCR / NAT (395)	SEEGENE (SE)			
Typisierungsergebnis	Probe 373A-251104	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	-01	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	RVL		+
	-02	HPV 18 (High Risk) (18)	HPV 18 (High Risk) (18)	RVL		+
	-03	HPV 16 (High Risk) (16)	HPV 16 (High Risk) (16)	RVL		+
	-04	HPV 11 (Low Risk) (11)	HPV 11 (Low Risk) (11)	RVL		+
	-05	HPV 18 (High Risk) (18)	HPV 18 (High Risk) (18)	RVL		+

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10051215: Anette Bergmann
MVZ

Path.+Zytodiagnostik GmbH

Ringversuch vom 21.11.2025

Typisierung von "High Risk"-HPV (ohne Bestimmung von "Low Risk"-HPV)

+

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
Allplex HPV HR Detection		PCR / NAT (395)	SEEGENE (SE)			
Typisierungsergebnis	Probe 373A- 251104	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	-01	negativ für High Risk HPV (1)	negativ für High Risk HPV (1)	RVL		+
	-02	HPV 18 (High Risk) (18)	HPV 18 (High Risk) (18)	RVL		+
	-03	HPV 16 (High Risk) (16)	HPV 16 (High Risk) (16)	RVL		+
	-04	negativ für High Risk HPV (1)	negativ für High Risk HPV (1)	RVL		+
	-05	HPV 18 (High Risk) (18)	HPV 18 (High Risk) (18)	RVL		+

Ergänzende Erläuterungen zur Auswertung stehen im RV-Online System in der Spalte Bericht zum Download zur Verfügung.