

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 13.06.2025

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis (531):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Chlamydia trachomatis (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10070743
amedes MVZ für Pathologie und Zytodiagnostik
Köln
Ärztliche Leitung: Anette Bergmann
Emil-Hoffmann Str. 7a
50996 Köln

Düsseldorf, 08.07.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 13.06.2025

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis (531):

Chlamydia trachomatis (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10070743
amedes MVZ für Pathologie und Zytodiagnostik
Köln
Ärztliche Leitung: Anette Bergmann
Emil-Hoffmann Str. 7a
50996 Köln

Düsseldorf, 08.07.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl
(Ringversuchsleiter)



Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10070743: amedes MVZ für Pathologie und Zytodiagnostik Köln
Ärztliche Leitung: Anette Bergmann

Ringversuch vom 13.06.2025

Ringversuchsleiter: Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl
Institut für Klinische Mikrobiologie und Hygiene Tel.: +49 941 944 6450
Universitätsklinikum Regensburg Fax: +49 941 944 6451
Franz-Josef-Strauß-Allee 11 Mail: udo.reischl@instand-ringversuch.de
93053 Regensburg

531

Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis						+
Ergebnis (qual)	Probe 531A- 250520	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
(1)	-01	negativ (62)	negativ (62)	SW		+
(1)	-02	positiv (61)	positiv (61)	SW		+
(1)	-03	positiv (61)	positiv (61)	SW		+
(1)	-04	positiv (61)	positiv (61)	SW		+

(1) Zum Erhalt eines Zertifikats müssen mind. 3 von 4 Proben als richtig bestimmt sein (edukativ klassifizierte Proben wurden dabei nicht berücksichtigt).



Individuelle Gesamtübersicht

10070743: amedes MVZ für Pathologie und Zytodiagnostik Köln
Ärztliche Leitung: Anette Bergmann

Ringversuch vom 13.06.2025

531

Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis (N = 30, Bestehensquote: 100%)

Probe 531A-250520-01

Kollektiv	negativ (62)	gesamt
alle Teilnehmer	30 ●	30

Probe 531A-250520-02

Kollektiv	positiv (61)	gesamt
alle Teilnehmer	30 ●	30

Probe 531A-250520-03

Kollektiv	positiv (61)	gesamt
alle Teilnehmer	30 ●	30

Probe 531A-250520-04

Kollektiv	positiv (61)	gesamt
alle Teilnehmer	30 ●	30

Der Punkt entspricht dem korrekten Ergebnis, der horizontale Balken entspricht Ihrer Angabe, der vertikale Balken entspricht Ihrem Kollektiv